

**Ashcroft Instruments GmbH**

Max-Planck-Straße 1

52499 Baesweiler

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte  
*declares in sole responsibility that the products marked with CE*

Gerät: Druckmessgerät vom Typ 5008 mit federelastischem Messglied  
*Equipment: Pressure gauge model 5008 with elastic element*

Kennzeichnung: (1) **CE**  
*Marking:*  
*Marquage:*

Herstellungsdatum: ab 20.04.2016  
*Date of manufacture: from 20.04.2016*

die grundlegenden Sicherheits- und Schutzanforderungen erfüllen, in Übereinstimmung mit den unten genannten Richtlinie und Normen. Die Konformitätsaussage bezieht sich auf die Konzeption und Fertigung der oben genannten Produkte.  
*the fundamental safety and protection requirements passed in accordance with the guideline and standards listed below. This declaration of conformity refers to the design and manufacture of the above products.*

Richtlinie <i>Directive</i>	(1)2014/68/EU „Druckgeräterichtlinie“ „Pressure Equipment Directive“
Angewendete Prüfnormen: <i>Used test standards:</i>	EN 837-1:1996
<p>(1) CE Kennzeichnung bei PS &gt;200 bar und V &lt;0,1l, gemäß Anhang II, Art.4, Diagr.1, „Drucktragende Ausrüstungsteile“, Modul A. CE marking for PS &gt;200 bar and V &lt;0.1l, according to Annex II, Art.4, Diagr.1, "Pressure Accessories", Module A.</p> <p>Keine CE Kennzeichnung „Gute Ingenieurpraxis“ (Art.4, Abs.3) bei PS ≤200 bar und V ≤0,1l, gemäß Anhang II, Art.4, Diagr.1. <i>No CE marking "Sound engineering practice" (Art.4, para.3) for PS ≤200 bar and V ≤0.1l, according to Annex II, Art.4, Diagr.1.</i></p>	

Baesweiler, den 01.09.2022  
Ort und Datum  
*Place and date*

  
\_\_\_\_\_  
Werksleiter  
*Operation Manager*